

# 強度変調放射線治療（IMRT）用高精度放射線治療装置 仕様書

## 1 件名、数量及び規格

強度変調放射線治療（IMRT）用高精度放射線治療装置 一式  
ブレインラボ株式会社 Novalis Tx  
機器構成 別紙のとおり

## 2 納入場所

岐阜市鹿島町7丁目1番地 岐阜市民病院 中央放射線部

## 3 納入期間

契約締結日から平成26年3月14日（金）  
具体的な搬入及び付帯工事の日程については、病院職員と協議すること。

## 4 技術的要件の概要

- (1) 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等の要求要件（以下「技術的要件」という）は別紙詳細に示すとおりである。
- (2) 技術的要件は全て必須の要求要件である。
- (3) 技術的要件は、当院の必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性能等がこれを満たしていないと判断がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。
- (4) 入札機器の性能等が技術的要件を満たしているか否かの判定は、入札機器に係る技術仕様書、その他入札説明会で求める提出資料の内容を審査して行う。

## 5 その他

- (1) 仕様に関する留意事項
  - 1) 入札機器のうち薬事法に基づく製造承認が必要な医療用具に関しては、入札時点で薬事法に定められている製造承認を得ている物品であること。
  - 2) 上記以外の機器に関して、入札時点で製品化されていない物品で対応する場合は、技術的要件を満たすことが可能な旨の説明書、納期に間に合うことの証拠を十分に説明できる資料及び確約書を提出すること。
- (2) 提案に関する留意事項
  - 1) 提案に際しては、提案装置が本仕様書の要求要件をどのように満たすか、あるいは

はどのように実現するのかを要求要件ごとに具体的、かつ分かりやすく資料等を添付する等して説明すること。従って審査するにあたって提案の根拠が不明確である場合や説明が不十分な場合には提案書としてみなさないことがあるので十分留意して作成すること。

- 2) 提案資料等に関する照会先を明記すること。
- 3) 提案書提出時に既に存在するハードウェア及びソフトウェアについて、納入稼働実績がある場合は提出すること。
- 4) 提出された資料の内容等について、ヒアリングを行う場合がある。